



Váš list značky / zo dňa

Naša značka
101/2013

Vybavuje / tel.
Gálová/6152642

Košice
25.10.2013

Vec :

Výzva na predkladanie ponúk - zaslanie

Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na:

- 1.) **Názov predmetu zákazky:** „*Prístroj na neinvazívnu aj invazívnu ventilačnú podporu*“
- 2.) **Opis predmetu zákazky:** *vhodný pre ventiláciu dospelých a detí od dychového objemu 50 ml. Je napájaný zo siete 230 V, alebo zo zabudovaného dobíjateľného zdroja. Na svoju činnosť nepotrebuje zdroj medicínálneho vzduchu.*
Špecifikácia, technické parametre:

- Umožňuje ventiláciu jednookruhovou aj dvojkruhovou
- Umožňuje použitie invazívnej aj neinvazívnej ventilácie (TT kanyla aj maska)
- Ventilačné režimy: PCV (tlakovo riadená ventilácia), PSV (tlakovopodporná ventilácia), SIMV (synchronná intermitentná mandatorná ventilácia, VCV (objemová ventilácia), navyše v režime PCV umožňuje objemovú tlakovo riadenú ventiláciu a v režime PSV – objemovú tlakovo podpornú ventiláciu
- Nastaviteľný inspiračný tlak s nasavením maxima 30 hPa
- Maximálna minútová ventilácia – 25 l/min
- Je vybavený prípojkou na nízkotlakový zdroj kyslíka a vstupom pre monitorovanie FiO2. Nízkotlakový zdroj kyslíka má bezpečnostnú funkciu zabraňujúcu hromadeniu kyslíka v zariadení v režime standby.
- Indikuje spontánnu aktivitu pacienta.
- Umožňuje súčasné sledovanie troch dychových kriviek pacienta.
- Má automatickú kompenzáciu únikov, čo je dôležitý parameter najmä pri neinvazívnej ventilácii cez masku.
- Umožňuje uzamknutie nastavených parametrov – ako zábezpeka proti náhodnej neplánovanej zmene parametrov.
- Záložný dobíjateľný zdroj má kapacitu maximálne 5 hodín činnosti s maximálnou ventilačnou podporou. Zostávajúca kapacita zdroja je indikovaná na displeji.
- Parametre pre jednotlivé módy sú strážené nastaviteľnými alarmami, plus ďalšími systémovými alarmami. Zariadenie umožňuje kontrolu 15 –tich poslených alarmov.
- Zobrazenie parametrov je umožnené na LCD displeji s možnosťou jeho konfigurácie podľa požiadaviek obsluhujúceho personálu.

- 3.) **Kód CPV: 33157400-9**
- 4.) **Spôsob predkladania ponúk:**
Ponuku doručiť:

e-mailom na adresu : maria.galova@upjs.sk alebo pavol.ioppa@upjs.sk
- 5.) **Lehota na predkladanie ponúk:**
najneskôr do 30.10.2013 do 15.00 hodiny

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.
- 6.) **Predpokladaná hodnota zákazky: 6.600 ,- € bez DPH**
- 7.) **Miesto dodania: Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ, Rastislavova 43,041 90 Košice**
- 8.) **Obsah ponuky:**
8.1 Podmienky účasti:
8.1.1 aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu - kópiu dokladu,
8.2 Ďalšie doklady a dokumenty:
8.2.1 uvedenie jednotkovej ceny v € bez DPH aj s DPH, ako aj **celkovej ceny za celú zákazku** v € aj bez DPH ako aj s DPH podľa vyššie uvedenej špecifikácie položky
- 9 **Termín zadania zákazky: 30.10.2013 o 16:00 hod.**
- 10 **Lehota dodania tovarov: 15.11.2013**
- 11 **Uzavretie zmluvy: zmluva**
- 12 **Kritérium na hodnotenie ponúk:**
Kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude:

najnižšia cena za predmet zákazky
- 13 **Informácia o vyhodnotení ponúk:**
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu/zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu
- 14 **Pracovník poverený zadávaním zákazky: prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.**
- 15.) **Termín zadávania zákazky: 25.10.2013 o 10:00 hod.**

.....
MUDr. Leonard Siegfried CSc.
dekan LF UPJŠ