



Váš list značky / zo dňa  
16.7.2020

Naša značka

Vybavuje / tel.  
Majorošová/ +421-55-234-2563

Košice  
17.7.2020

Vec :

Výzva na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky - zaslanie

Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 117 a § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na:

**1.) Názov predmetu zákazky: „Kamera, objektív a príslušenstvo ku mikroskopu“**

**2.) Opis predmetu zákazky:**

- Špecifikácia kamery:

Farebná CCD kamera pre mikroskopy

Typ farebného filtra: RGB Bayer

Ochranný filter: pre UV a IR oblasť

Veľkosť pixela: min 3,4µm x 3,4µm

Veľkosť senzora: 8,7mm x 6,6 mm

Rozlíšenie: min. 5megapixel

A/D prevodník: min 14 bit

Zosilnenie: min 0-20 dB

Dynamický rozsah: min 900:1

Expozičný čas: v rozsahu min. 1msec-60sec

Pripojenie: pomocou USB3 a aj USB 2

- Obsahuje kompatibilnú spojku C-mount pre pripojenie na stereomikroskop zn. Leica

- Obsahuje kompatibilnú spojku C-mount pre pripojenie na vzpriamený mikroskop zn. Leica

- Obidve spojky zaručujú zaostrený obraz na kamere a zároveň v okulároch

- Video Objektív 0.63x

Príslušenstvo:

LED kruhové osvetlenie

- s vnútorným priemerom 66mm pre pevné uchytienie na objektív

- segmentované, min. 2 segmenty

- s prac. vzdialenosťou s rozsahom min. 60-70 mm

- s možnosťou nastavenia intenzity osvetlenia

- s polarizačným filtrom

- farebná teplota svetla viac ako 5000K

LED osvetlenie typu 'labutí krk'

- s pevným nastavením polohy

- s možnosťou nastavenia intenzity osvetlenia

- s min 2 svetelnými ramenami o dĺžke min 250 mm

- farebná teplota svetla viac ako 5000K

Software: Plne kompatibilný s kamerou, s možnosťou zadať konfiguráciu mikroskopu pre presné meranie, s možnosťou ovládania nastavenia kamery, s možnosťou ukladania obrázkov do databázy, s možnosťou merania vzdialenosti

Kompatibilita: Kamera, objektív aj príslušenstvo musí byť kompatibilné s mikroskopmi Leica M80 a Leica DM2500 P tak, aby bol obraz zaostrený zároveň v okulároch a aj na kamere pre obidva modely.

**3.) Kód CPV: 32300000-6**

(uviesť podľa plánu verejného obstarávania, je možné doplniť aj iné doplňujúce CPV podľa hlavného slovníka [http://www.cpscoop.sk/cps\\_sk/prilohy/2009011901b.pdf](http://www.cpscoop.sk/cps_sk/prilohy/2009011901b.pdf))

**4.) Spôsob predkladania cenových ponúk:**

e-mailom na adresu: simona.majorosova @upjs.sk

**5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:**

**najneskôr do 24.7.2020 do 14:00 hodiny**

**6.) Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH<sup>1</sup>: N/A**

**7.) Miesto dodania: Ústav geografie, Jesenná 5, 040 01 Košice**

**8.) Obsah cenovej ponuky:**

**8.1 Podmienky účasti:**

- 8.1.1 Certifikát o autorizovanom predaji a distribúcii od výrobcu, osvedčenia, ďalšie doklady alebo dokumenty súvisiace s predmetom zákazky
- 8.1.2 Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (*odporúčané*)

**8.2 Ďalšie doklady a dokumenty:**

- 8.2.1. ocenený zoznam položiek spracovaný podľa opisu predmetu zákazky s uvedením jednotkových cien v € bez DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH

**9.) Termín zadania zákazky: 30.7.2020**

**10.) Lehota dodania predmetu zákazky: 7.9.2020**

**11.) Uzavretie zmluvy: nie - objednávka**

**12.) Kritérium na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšie ponuka podľa:**  
najnižšej ceny

**13.) Informácia o vyhodnení ponúk:**

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. Pokiaľ sa potvrdí predpokladaná hodnota zákazky na úrovni zákazky s nízkou hodnotou, úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspel.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky (resp.: obhliadkou).

**14.) Spôsob financovania: prac. 319**

(dotácia zo ŠR, vlastné zdroje)

**15.) Pracovník poverený zadávaním zákazky: Mgr. Simona Majorošová**

---

<sup>1</sup> Výsledok prieskumu trhu pri stanovovaní PHZ je podkladom pre výpočet PHZ, avšak môže byť podkladom aj pre zákazku s nízkou hodnotou, ak sa na základe poskytnutých informácií potvrdí PHZ zodpovedajúca zákazke s nízkou hodnotou.